

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No. AP 157

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 13 z/of 15.12.2025

 AP 157	Nazwa i adres / Name and address MIW GROUP Sp. z o.o. LABORATORIUM WZORCUJĄCE LAB-SCALE ul. Wierzbowa 23 49-318 Skarbimierz-Osiedle
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) i/lub poza nią (P) / at permanent location (S) and/or outside of permanent location (P)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 15.01 masa (wagi) 15.02 masa (odważniki i wzorce masy)

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 157 z dnia 06.02.2020 r.
Cykl akredytacji od 20.02.2023 r. do 22.02.2027 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AP 157 of 06.02.2020
Accreditation cycle from 20.02.2023 to 22.02.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Wzorcujące Lab-Scale ul. Wierzbowa 23, 49-318 Skarbimierz-Osiedle				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Masa (wagi)				
Wagi nieautomatyczne elektroniczne	do 600 g 0,6 kg do 6 kg	$1,4 \cdot 10^{-3} \%$ $2,0 \cdot 10^{-3} \%$	S, P	EURAMET cg-18 v.4.0
	6 kg do 140 000 kg	$2,2 \cdot 10^{-2} \%$	S, P	EURAMET cg-18 v.4.0
	do 5 000 kg 5 000 kg do 140 000 kg	$1,3 \cdot 10^{-1} \%$ $5,8 \cdot 10^{-2} \%$	P	EURAMET cg-18 v.4.0 Metoda przy użyciu materiału zastępczego
Wagi automatyczne przenośnikowe	do 140 000 kg	0,2 %	P	OIML R 50-1:2014 (p. 7) OIML R 50-2:2014 (p. 10) Zakres pomiarowy odnosi się do największej masy porcji materiału jednorazowo odważonej na wadze kontrolnej nieautomatycznej
Masa (odważniki i wzorce masy)				
Wzorce masy klasy dokładności M ₁ , M ₂ , M ₃	20 kg 500 kg 1000 kg 2000 kg	300 mg 8 g 16 g 32 g	S, P	OIML R 111-1:2004 Załącznik C
Wzorce masy 25 kg	25 kg	400 mg		


Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.

Wartość niepewności pomiaru dla CMC wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 157

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 15.12.2025 r.